

附件：2019 年职业健康检查和职业病诊断机构实验室比对统计结果汇总表

实验室代码	血铅				尿砷		
	样品水平	测定结果 (-A02) ($\mu\text{g/L}$)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果 (-B01) ($\mu\text{g/L}$)	结果评定
01	1	未按时反馈	/	不满意	6	未按时反馈	不满意
02	2	58.5	-0.98	满意	5	未反馈	不满意
03	2	51.2	-2.20	可疑	5	15.1	不满意
04	1	51.4	0.84	满意	6	34.7	不满意
05	1	43.8	-0.19	满意	6	6.80	不满意
06	2	67.4	0.51	满意	5	14.4	不满意
07	2	51.228	-2.19	可疑	6	68.899	满意
08	1	48.9	0.50	满意	5	36.0	满意
09	2	80.2	2.65	可疑	6	32.2	不满意
10	1	59.6	1.94	满意	5	14.7	不满意
11	1	34.1	-1.50	满意	5	未反馈	不满意
12	2	54.5	-1.65	满意	6	14.9	不满意
13	1	33.9	-1.52	满意	5	52.8	满意
14	2	64.0	-0.06	满意	6	25.6	不满意
15	2	63.0	-0.23	满意	5	20.7	不满意
16	1	40.8	-0.59	满意	6	27.3	不满意
17	1	76.0	4.15	不满意	5	28.0	不满意
18	2	47.9	-2.75	可疑	6	40.1	满意
19	2	56	-1.39	满意	5	14.4	不满意
20	2	未反馈	/	不满意	6	未反馈	不满意
21	1	36.0	-1.24	满意	5	16.9	不满意
22	1	48.3	0.42	满意	6	25.5	不满意
23	1	未反馈	/	不满意	5	未反馈	不满意
24	2	65.0	0.11	满意	6	28.9	不满意

中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 2019 年职业健康检查和职业病诊断机构实验室比对

实验室代码	血铅				尿砷		
	样品水平	测定结果 (-A02) ($\mu\text{g/L}$)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果 (-B01) ($\mu\text{g/L}$)	结果评定
25	1	46.4	0.16	满意	5	31.0	满意
26	2	64.3	-0.01	满意	6	13.0	不满意
27	1	55.8	1.43	满意	6	16.5	不满意
28	1	75.9	4.14	不满意	5	19.8	不满意
29	2	66.2	0.31	满意	5	0.769	不满意
30	2	61.9	-0.41	满意	6	27.9	不满意
31	1	46.9	0.23	满意	5	14.5	不满意
32	2	60.0	-0.73	满意	6	28.2	不满意
33	2	29.6	-5.81	不满意	5	28.3	不满意
34	1	45.0	-0.03	满意	6	51.2	满意
35	2	90.2	4.32	不满意	5	13.8	不满意
36	1	57.590	1.67	满意	6	31.732	不满意
37	2	未反馈	/	不满意	5	24.517	不满意
38	2	65.4	0.18	满意	6	28.0	不满意
39	2	66.4	0.34	满意	/	/	/
40	1	45.8	0.08	满意	/	/	/
41	1	57.6	1.67	满意	/	/	/
42	2	59.8	-0.76	满意	/	/	/
43	2	57.0	-1.23	满意	/	/	/
44	1	41.5	-0.50	满意	/	/	/
45	2	62.6	-0.29	满意	/	/	/
46	1	51.5	0.85	满意	/	/	/
47	1	45.2	0.00	满意	/	/	/
48	2	72.6	1.38	满意	/	/	/
49	1	21.1	-3.25	不满意	/	/	/
50	2	63.2	-0.19	满意	/	/	/

中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 2019 年职业健康检查和职业病诊断机构实验室比对

实验室代码	血铅				尿砷		
	样品水平	测定结果 (-A02) ($\mu\text{g/L}$)	Z 比分数	结果评定	样品水平	测定结果 (-B01) ($\mu\text{g/L}$)	结果评定
51	1	44.5	-0.09	满意	/	/	/
52	2	62.1	-0.38	满意	/	/	/
53	1	45.1	-0.01	满意	/	/	/
54	2	64.4	0.01	满意	/	/	/
55	1	47.8	0.35	满意	/	/	/
56	2	65.2	0.14	满意	/	/	/
57	1	39.4	-0.78	满意	/	/	/
58	2	68.1	0.63	满意	/	/	/
59	2	64.7	0.06	满意	/	/	/
60	1	37.8	-1.00	满意	/	/	/
61	1	42.840	-0.32	满意	/	/	/
62	2	78.1	2.30	可疑	/	/	/
63	2	61.8	-0.43	满意	/	/	/
64	1	31.4	-1.86	满意	/	/	/
65	1	47.2	0.27	满意	/	/	/
66	1	44.7	-0.07	满意	/	/	/
67	2	64.4	0.01	满意	/	/	/
68	1	54.531	1.26	满意	/	/	/
69	2	71.4	1.18	满意	/	/	/
70	1	43.875	-0.18	满意	/	/	/
71	2	68.6	0.71	满意	/	/	/
72	2	80.8	2.75	可疑	/	/	/
73	1	44.1	-0.15	满意	/	/	/
74	2	71.4	1.18	满意	/	/	/
75	1	56.486	1.52	满意	/	/	/

备注：表中“/”表示未参加该项目。