

附件：2020 年职业健康检查和职业病诊断机构实验室比对结果评定汇总表

| 实验室<br>代码 | 机构名称                       | 尿氟               |                             |       |      | 尿砷               |                             |      |
|-----------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-------|------|------------------|-----------------------------|------|
|           |                            | 样品水平<br>(尾号-A01) | 测定结果<br>( $\mu\text{g/L}$ ) | Z 比分数 | 结果评定 | 样品水平<br>(尾号-B02) | 测定结果<br>( $\mu\text{g/L}$ ) | 结果评定 |
| 001       | 安徽省职业病防治院                  | 1                | 728                         | -0.25 | 满意   | 4                | 64.4                        | 满意   |
| 002       | 北京市预防医学研究中心职业病门诊部          | 2                | 1000                        | -0.46 | 满意   | 3                | 16.0                        | 不满意  |
| 003       | 北京市化工职业病防治院                | 1                | 720                         | -0.43 | 满意   | 4                | 54.8                        | 满意   |
| 004       | 国家卫生健康委职业安全卫生研究中心          | 2                | 1153                        | 1.09  | 满意   | 3                | 41.9                        | 满意   |
| 005       | 福建省职业病与化学中毒预防控制中心          | 1                | 668                         | -1.60 | 满意   | 4                | 60.0                        | 满意   |
| 006       | 福建省鑫龙安检测技术有限公司             | 2                | 1000                        | -0.46 | 满意   | 3                | 27.8                        | 不满意  |
| 007       | 甘肃省疾病预防控制中心                | 1                | 718                         | -0.47 | 满意   | 4                | 53.6                        | 满意   |
| 008       | 广东省职业病防治院<br>(广东省职业卫生检测中心) | 2                | 967                         | -0.79 | 满意   | 3                | 36.3                        | 满意   |
| 009       | 惠州市职业病防治院                  | 1                | 750                         | 0.25  | 满意   | 4                | 33.0                        | 不满意  |
| 010       | 深圳市职业病防治院                  | 2                | 957                         | -0.89 | 满意   | 3                | 36.1                        | 满意   |
| 011       | 广西壮族自治区职业病防治研究院            | 1                | 750                         | 0.25  | 满意   | 4                | 56.6                        | 满意   |
| 012       | 广西中兴检业科技开发有限公司             | 2                | 1030                        | -0.15 | 满意   | 3                | 25.1                        | 不满意  |
| 013       | 贵州省第三人民医院                  | 1                | 310                         | -9.64 | 不满意  | 4                | 37.1                        | 不满意  |
| 014       | 郑州市职业病防治院                  | 2                | 1056                        | 0.11  | 满意   | 3                | 11.5                        | 不满意  |
| 015       | 武汉市职业病防治院                  | 1                | 740                         | 0.02  | 满意   | 4                | 55.6                        | 满意   |
| 016       | 襄阳市职业病防治院                  | 2                | 1240                        | 1.97  | 满意   | 3                | 21.0                        | 不满意  |
| 017       | 湖南省职业病防治院                  | 1                | 731                         | -0.18 | 满意   | 4                | 65.3                        | 满意   |
| 018       | 吉林省职业病防治院                  | 2                | 940                         | -1.06 | 满意   | 3                | 36.8                        | 满意   |
| 019       | 淮安市疾病预防控制中心                | 1                | 756                         | 0.38  | 满意   | 4                | 52.5                        | 满意   |
| 020       | 涟水县疾病预防控制中心                | 2                | 1000                        | -0.46 | 满意   | 3                | 32.3                        | 满意   |
| 021       | 江苏省疾病预防控制中心                | 1                | 690                         | -1.10 | 满意   | 4                | 56.3                        | 满意   |
| 022       | 南通市疾病预防控制中心                | 2                | 1106                        | 0.62  | 满意   | 3                | 36.6                        | 满意   |
| 023       | 无锡市疾病预防控制中心                | 1                | 788                         | 1.10  | 满意   | 4                | 63.4                        | 满意   |

| 实验室<br>代码 | 机构名称                      | 尿氟               |                             |        |      | 尿砷               |                             |      |
|-----------|---------------------------|------------------|-----------------------------|--------|------|------------------|-----------------------------|------|
|           |                           | 样品水平<br>(尾号-A01) | 测定结果<br>( $\mu\text{g/L}$ ) | Z 比分数  | 结果评定 | 样品水平<br>(尾号-B02) | 测定结果<br>( $\mu\text{g/L}$ ) | 结果评定 |
| 024       | 无锡市第八人民医院<br>(无锡市职业病防治医院) | 2                | 1102                        | 0.58   | 满意   | 3                | 39.8                        | 满意   |
| 025       | 泗洪县疾病预防控制中心               | 1                | 694                         | -1.01  | 满意   | 4                | 34.3                        | 不满意  |
| 026       | 江西省职业病防治研究院               | 2                | 953                         | -0.93  | 满意   | 3                | 38.2                        | 满意   |
| 027       | 鞍山市职业病防治院                 | 1                | 1340                        | 13.51  | 不满意  | 4                | 39.1                        | 不满意  |
| 028       | 凌源市普泽健康管理有限公司凌源普泽健康体检中心   | 2                | 未反馈                         | -      | 不满意  | 3                | 未反馈                         | 不满意  |
| 029       | 朝阳美年大健康管理有限公司朝阳美年大健康体检中心  | 1                | 0.743                       | -16.59 | 不满意  | 4                | 0.644                       | 不满意  |
| 030       | 大连金州新区泓康门诊部               | 2                | 1480                        | 4.40   | 不满意  | 3                | 65                          | 不满意  |
| 031       | 大连辽渔医院                    | 1                | 731                         | -0.18  | 满意   | 4                | 62                          | 满意   |
| 032       | 大化集团有限责任公司医院              | 2                | 850                         | -1.97  | 满意   | 3                | 19.2                        | 不满意  |
| 033       | 大连保税区医院                   | 1                | 1000.859                    | 5.88   | 不满意  | 4                | 未反馈                         | 不满意  |
| 034       | 大连煤矿医院                    | 2                | 0.75                        | -10.57 | 不满意  | 3                | 未反馈                         | 不满意  |
| 035       | 大连市第四人民医院<br>(大连市职业病防治院)  | 1                | 987                         | 5.57   | 不满意  | 4                | 53.6                        | 满意   |
| 036       | 抚顺市职业病防治院                 | 2                | 1.02                        | -10.57 | 不满意  | 3                | 67.4                        | 不满意  |
| 037       | 阜新市美年大健康体检中心              | 1                | 758                         | 0.43   | 满意   | 4                | 30.6                        | 不满意  |
| 038       | 阜新博爱健康体检管理有限公司体检门诊        | 2                | 未反馈                         | -      | 不满意  | 3                | 未反馈                         | 不满意  |
| 039       | 锦州市疾病预防控制中心               | 1                | 897                         | 3.55   | 不满意  | 4                | 20.0                        | 不满意  |
| 040       | 辽宁省疾病预防控制中心/辽宁省职业病防治院     | 2                | 1.04                        | -10.57 | 不满意  | 3                | 41.4                        | 满意   |
| 041       | 沈阳万康中医院有限公司               | 1                | 739                         | 0.00   | 满意   | 4                | 17.4                        | 不满意  |
| 042       | 沈阳市第九人民医院                 | 2                | 832                         | -2.16  | 可疑   | 3                | 40.9                        | 满意   |
| 043       | 沈阳瑞慈瑞沈铁西综合门诊部有限公司         | 1                | 739                         | 0.00   | 满意   | 4                | 17.4                        | 不满意  |
| 044       | 辽宁省营口市疾病预防控制中心            | 2                | 1070                        | 0.25   | 满意   | 3                | 42.4                        | 满意   |
| 045       | 内蒙古和泰检测技术有限公司体检中心         | 1                | 1870                        | 25.42  | 不满意  | 4                | 56.6                        | 满意   |
| 046       | 山东省职业卫生与职业病防治研究院          | 2                | 1130                        | 0.86   | 满意   | 3                | 33.2                        | 满意   |
| 047       | 济宁任城瑞康医院                  | 1                | 595                         | -3.24  | 不满意  | 4                | 54.3                        | 满意   |

| 实验室<br>代码 | 机构名称                          | 尿氟               |                             |        |      | 尿砷               |                             |      |
|-----------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|------|------------------|-----------------------------|------|
|           |                               | 样品水平<br>(尾号-A01) | 测定结果<br>( $\mu\text{g/L}$ ) | Z 比分数  | 结果评定 | 样品水平<br>(尾号-B02) | 测定结果<br>( $\mu\text{g/L}$ ) | 结果评定 |
| 048       | 淄博市职业病防治院                     | 2                | 1010                        | -0.35  | 满意   | 3                | 37.4                        | 满意   |
| 049       | 太原市疾病预防控制中心                   | 1                | 未反馈                         | -      | 不满意  | 4                | 55.8                        | 满意   |
| 050       | 忻州康馨医院                        | 2                | 未反馈                         | -      | 不满意  | 3                | 未反馈                         | 不满意  |
| 051       | 西安市中心医院职业病科                   | 1                | 931                         | 4.31   | 不满意  | 4                | 64.2                        | 满意   |
| 052       | 上海市化工职业病防治院<br>(上海市职业安全健康研究院) | 2                | 1050                        | 0.05   | 满意   | 3                | 36.1                        | 满意   |
| 053       | 上海市杨浦区中心医院职业病科                | 1                | 714                         | -0.56  | 满意   | 4                | 56.9                        | 满意   |
| 054       | 上海市肺科医院                       | 2                | 1050                        | 0.05   | 满意   | 3                | 36.5                        | 满意   |
| 055       | 四川卡夫检测技术有限公司                  | 1                | 759                         | 0.45   | 满意   | 4                | 35.6                        | 不满意  |
| 056       | 四川大学华西第四医院                    | 2                | 1060                        | 0.15   | 满意   | 3                | 37.2                        | 满意   |
| 057       | 夹江外科医院                        | 1                | 855                         | 2.61   | 可疑   | 4                | 40.0                        | 不满意  |
| 058       | 北大医疗海洋石油总医院                   | 2                | 未反馈                         | -      | 不满意  | 3                | 未反馈                         | 不满意  |
| 059       | 天津市河北区疾病预防控制中心                | 1                | 761                         | 0.49   | 满意   | 4                | 64.9                        | 满意   |
| 060       | 天津市职业病防治院(工人医院)               | 2                | 0.998                       | -10.57 | 不满意  | 3                | 32.944                      | 满意   |
| 061       | 云南省第三人民医院职业病医学检测中心            | 1                | 260                         | -10.76 | 不满意  | 4                | 43.2                        | 不满意  |
| 062       | 杭州市职业病防治院                     | 2                | 1040                        | -0.05  | 满意   | 3                | 37.0                        | 满意   |
| 063       | 重庆市职业病防治院                     | 1                | 714                         | -0.56  | 满意   | 4                | 55.6                        | 满意   |
| 064       | 重庆市疾病预防控制中心                   | 2                | 1130                        | 0.86   | 满意   | 3                | 35.7                        | 满意   |
| 065       | 北京航天总医院                       | 1                | 701                         | -0.85  | 满意   | /                | /                           | /    |
| 066       | 十堰市职业病防治院                     | 2                | 986                         | -0.60  | 满意   | /                | /                           | /    |
| 067       | 襄阳天和医院                        | 1                | 2900                        | 48.56  | 不满意  | /                | /                           | /    |
| 068       | 南京市职业病防治院                     | 2                | 1210                        | 1.67   | 满意   | /                | /                           | /    |
| 069       | 南通博荣门诊部                       | 1                | 0.647                       | -16.59 | 不满意  | /                | /                           | /    |
| 070       | 南通开发区博荣健康体检中心                 | 2                | 1.022                       | -10.57 | 不满意  | /                | /                           | /    |
| 071       | 常熟东明医院                        | 1                | 652                         | -1.96  | 满意   | /                | /                           | /    |
| 072       | 常熟市第一人民医院                     | 2                | 960                         | -0.86  | 满意   | /                | /                           | /    |

| 实验室<br>代码 | 机构名称                     | 尿氟               |                             |        |      | 尿砷               |                             |      |
|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------|------|------------------|-----------------------------|------|
|           |                          | 样品水平<br>(尾号-A01) | 测定结果<br>( $\mu\text{g/L}$ ) | Z 比分数  | 结果评定 | 样品水平<br>(尾号-B02) | 测定结果<br>( $\mu\text{g/L}$ ) | 结果评定 |
| 073       | 太仓职康健康体检中心有限公司           | 1                | 546                         | -4.34  | 不满意  | /                | /                           | /    |
| 074       | 无锡锡山健安门诊部                | 2                | 902                         | -1.45  | 满意   | /                | /                           | /    |
| 075       | 徐州市肿瘤医院                  | 1                | 497                         | -5.44  | 不满意  | /                | /                           | /    |
| 076       | 北票市第三人民医院<br>(北票市职业病防治院) | 2                | 1060                        | 0.15   | 满意   | /                | /                           | /    |
| 077       | 大连金普新区外启门诊部有限公司          | 1                | 685                         | -1.21  | 满意   | /                | /                           | /    |
| 078       | 锦州健康体检中心                 | 2                | 1100                        | 0.56   | 满意   | /                | /                           | /    |
| 079       | 锦州美年健康管理有限公司体检中心         | 1                | 760                         | 0.47   | 满意   | /                | /                           | /    |
| 080       | 辽阳市第二人民医院                | 2                | 1.09                        | -10.57 | 不满意  | /                | /                           | /    |
| 081       | 盘锦市人民医院                  | 1                | 未反馈                         | -      | 不满意  | /                | /                           | /    |
| 082       | 盘山县人民医院                  | 2                | 未反馈                         | -      | 不满意  | /                | /                           | /    |
| 083       | 盘锦检验检测中心体检部              | 1                | 789                         | 1.12   | 满意   | /                | /                           | /    |
| 084       | 盘锦兴隆台爱华健康体检中心            | 2                | 1600                        | 5.62   | 不满意  | /                | /                           | /    |
| 086       | 沈阳华领综合门诊部(有限公司)          | 2                | 未反馈                         | -      | 不满意  | /                | /                           | /    |
| 087       | 鄂尔多斯健康体检中心               | 1                | 734                         | -0.11  | 满意   | /                | /                           | /    |
| 088       | 西山煤电(集团)有限责任公司职业病防治所     | 2                | 997                         | -0.49  | 满意   | /                | /                           | /    |
| 089       | 北京大学第三医院                 | /                | /                           | /      | /    | 4                | 30.014                      | 不满意  |
| 090       | 北京铁路局中心卫生防疫站会城门门诊部       | /                | /                           | /      | /    | 3                | 37.7                        | 满意   |
| 091       | 长江航务管理局疾病预防控制中心          | /                | /                           | /      | /    | 4                | 60.4                        | 满意   |
| 092       | 株洲市劳动卫生职业病防治中心           | /                | /                           | /      | /    | 3                | 20.0                        | 不满意  |
| 093       | 辽宁省健康产业集团阜新矿职业病防治院       | /                | /                           | /      | /    | 4                | 30.2                        | 不满意  |
| 094       | 辽阳市中心医院新城医院              | /                | /                           | /      | /    | 3                | 2699.404                    | 不满意  |
| 095       | 赤峰市职业病防治医院               | /                | /                           | /      | /    | 4                | 72.021                      | 不满意  |

备注：表中“/”表示未报名该项目。