

附件：2024 年职业健康检查和职业病诊断机构实验室比对结果评定汇总表

序号	机构名称	尾号为 A01 样品		尾号为 A02 样品		Z 比分数-ZB	Z 比分数-ZW	结果评定
		样品水平	测定结果 ($\mu\text{g/L}$)	样品水平	测定结果 ($\mu\text{g/L}$)			
1	天津市职业病防治院	1	91.2	2	126	-0.33	1.02	合格
2	山西省第二人民医院	1	150.286	3	223.701	7.09	0.57	不合格
3	辽宁省疾病预防控制中心	1	88.8	3	160	-0.53	0.90	优秀
4	黑龙江省第二医院	1	100	2	147	1.32	-1.05	合格
5	江苏省疾病预防控制中心	1	89	3	166	-0.16	0.04	优秀
6	安徽省职业病防治院	1	85.5	2	127	-0.59	-0.12	优秀
7	山东省职业卫生与职业病防治研究院	1	92.5	3	176	0.67	-0.91	优秀
8	河南省第三人民医院（河南省职业病医院）	1	87.8	3	165	-0.29	0.01	优秀
9	湖北省中西医结合医院（湖北省职业病医院）	1	121	2	162	3.32	-0.03	不合格
10	广西壮族自治区职业病防治研究院	1	90.7	2	132	-0.03	-0.08	优秀
11	四川省疾病预防控制中心	1	94.4	3	170	0.42	0.25	优秀
12	贵州省第三人民医院	1	88.3	2	126	-0.49	0.53	优秀
13	云南省第三人民医院职业病医学检测中心	1	59.7	3	157	-2.49	-2.94	不合格
14	陕西省疾病预防控制中心	1	91.0	3	165	-0.09	0.49	优秀
15	青海省第四人民医院	1	88.8	2	151	0.92	-3.62	不合格
16	新疆维吾尔自治区职业病防治院	1	93.6	3	171	0.43	-0.01	优秀
17	北京市职业健康检查质量控制和改进中心	1	99.1	3	178.3	1.21	-0.28	合格
18	首都医科大学附属北京朝阳医院	1	82	2	129	-0.68	-1.05	合格
19	河北省疾病预防控制中心	1	93.1	3	166	0.09	0.65	优秀
20	内蒙古自治区疾病预防控制中心	1	113	3	188	2.65	0.34	不合格
21	吉林省职业病防治院	1	93.3	2	135	0.28	-0.15	优秀

中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 2024 年职业健康检查和职业病诊断机构实验室比对

序号	机构名称	尾号为 A01 样品		尾号为 A02 样品		Z 比分数-ZB	Z 比分数-ZW	结果评定
		样品水平	测定结果 ($\mu\text{g/L}$)	样品水平	测定结果 ($\mu\text{g/L}$)			
22	浙江省疾病预防控制中心	1	95.9	2	141	0.76	-0.73	优秀
23	福建省职业病与化学中毒预防控制中心	1	92.9	3	171	0.39	-0.12	优秀
24	江西省职业病防治研究院	1	77.5	2	109.2	-2.03	1.54	合格
25	湖南省职业病防治院	1	95.1	3	171	0.52	0.21	优秀
26	广东省职业病防治院	1	89.4	2	126	-0.43	0.71	优秀
27	海南省疾病预防控制中心	1	91.6	3	170	0.25	-0.16	优秀
28	重庆市疾病预防控制中心(重庆市预防医学科学院)	1	99.9	3	183	1.54	-0.85	合格
29	甘肃省疾病预防控制中心	1	94.5	2	141	0.68	-0.96	优秀
30	宁夏回族自治区第五人民医院职业卫生检测中心	1	101	3	184	1.67	-0.84	合格
31	石河子大学第一附属医院	1	未反馈	2	未反馈	/	/	/
32	四川大学华西第四医院	1	89.9	2	129	-0.24	0.29	优秀
33	兵团职业病防治院	1	未反馈	3	未反馈	/	/	/
34	无锡市疾病预防控制中心	1	88.4	2	128	-0.38	0.21	优秀
35	大连市第四人民医院(大连市职业病防治院)	1	89.2	3	159	-0.57	1.10	合格
36	柳州市疾病预防控制中心	1	91.7	2	130	-0.08	0.43	优秀
37	株洲市劳动卫生职业病防治中心	1	99.1	3	178	1.19	-0.24	合格
38	杭州市职业病防治院	1	96.4	2	136	0.51	0.21	优秀
39	武汉市职业病防治院	1	80.6	3	168	-0.55	-1.48	合格
40	淄博市职业病防治院	1	115	2	164	3.09	-1.38	不合格
41	天津市化工职工职业病防治院	1	84.9	3	156	-1.01	0.91	合格
42	包钢集团第三职工医院	1	未反馈	2	未反馈	/	/	/
43	广西柳钢医疗有限公司(柳州市职业病防治院)综合门诊部	1	91.2	2	128	-0.22	0.68	优秀

序号	机构名称	尾号为 A01 样品		尾号为 A02 样品		Z 比分数-ZB	Z 比分数-ZW	结果评定
		样品水平	测定结果 ($\mu\text{g/L}$)	样品水平	测定结果 ($\mu\text{g/L}$)			
44	云南中医药大学第二附属医院职业卫生技术服务中心	1	58.8	3	154	-2.73	-2.63	不合格
45	金川集团有限公司职工医院（金昌市中心医院）	1	125.5	2	176.96	4.39	-1.80	不合格
46	庆阳宝石花长庆医院	1	88.525	3	105.054	-3.90	8.93	不合格
47	高台丝路慈仁医院	1	106.1	2	133.5	0.91	2.27	合格
48	白银有色集团股份有限公司劳动卫生研究所	1	84.7	3	167	-0.36	-0.73	优秀
49	天津北辰金辰综合门诊部有限责任公司	1	98.9	2	140.5	0.90	-0.13	优秀
50	西山煤电（集团）有限责任公司职业病防治所	1	80.9	2	122	-1.13	-0.05	合格
51	天津滨海世纪医院	1	82.2	3	155.6	-1.20	0.57	合格
52	天津艾迪康医学检验实验室有限公司	1	91.559	2	132.182	0.03	0.03	优秀
53	保定裕东医院	1	95.2	3	190	1.68	-2.57	不合格
54	清河县中心医院	1	83.6	2	115.3	-1.35	1.54	合格
55	天津武清泉达医院	1	未反馈	2	未反馈	/	/	/
56	新疆生产建设兵团第六师医院医学检验科	1	57.4	3	19.6	-11.00	16.92	不合格
57	玉林桂南医院	1	95.65	2	135.6	0.45	0.15	优秀
58	广西水电医院	1	87	3	162	-0.52	0.34	优秀